

Vedlegg B, Kravspesifikasjon – pasientheis sak. 2023/5174

Generelt:

Det skal monteres elektriske takheiser i kommunens sykehjem.

- Takskinne skal monteres i soverom og bad
- Kontinuerlig trase mellom bad og seng slik man slipper veksling mellom soverom og bad
- Takheismotoren skal inn i våtrom og må derfor være sprutsikker / godkjent for bruk i våtrom
- Takheiser og alt utstyr ifm. disse skal være inkludert i tilbud
- Må løfte stabilt og komfortabelt med jevne bevegelser.
- Løftekapasitet på minst 200 kg.
- Dørkarm og vegg til bad i beboerrom skal splittes for kontinuert skinne
- Eventuelle forsterkinger av takkonstruksjon for takheiser skal være inkludert
- Utstyret må være godkjent for formålet
- Ha nødvendige sertifikater/godkjenninger gjeldende i Norge. Leverandør må spesifisere om det er krav til sakkyndig kontroll
- Robust utførsel med minimalt servicebehov
- Overflatene må tåle rengjøring, være enkle å rengjøre og tåle desinfeksjonsmidler
- Utstyret må ha minimum 10 års levetid - forutsatt riktig bruk
- Være enkle å betjene
- Ha bruksanvisninger på norsk, opplæringsmanual – egnet til nyansatte, studenter etc.
- Utstyret må være robust og enkelt i bruk. Heismotorene må fortrinnsvis kunne lades mens de henger. Dvs. kunne kjøres rett inn i ladeposisjon i enden av skinnen. Andre metoder for oppladning kan være aktuelle. I den sammenheng må ladetiden ikke overstige 4 timer. Antall løft pr lading - minimum 30-40
- Hjelpemidlene må ha indikator som viser batteri nivå
- Sikre ergonomiske arbeidsforhold for pleiere, og bidra til verdig behandling av pasientene.
- Seilene må være lette å legge på plass under brukeren. Lett og pustende materiale. Tåle vask på 95 grader C og desinfeksjonsmidler
- Nødsenk (elektrisk og manuell)
- Utstyret må ha serviceindikator og forslag/tilbud på serviceavtale skal medfølge tilbudet